

## 平成14年度環境測定分析統一精度管理調査結果の訂正

(平成15年6月に公開しました「平成14年度環境測定分析統一精度管理調査結果」に誤りがありましたので、以下のとおり訂正し、お詫び申し上げます。)

### 1. (本編) 106ページの(b)1)の4行目

(内容) 44.4%と室間のばらつきは大きかった。

(訂正) 22.4%であった。

(理由) 2の間違いによる修正

### 2. (資料編) 91ページの表1-2-6-2

(内容) 分析機関区分に関する解析(エチルベンゼン)

公的全体(棄却前)のCV% 44.4

公的全体(棄却後)のCV% 44.4

(訂正) 公的全体(棄却前)のCV% 22.4

公的全体(棄却後)のCV% 22.4

(理由) 記載間違い

### 3. (資料編) 131ページの表1-3-2-12、140ページの表1-3-3-12及び149ページの表1-3-4-12

(内容) 表のタイトル

ページガスの種類に関する解析

(訂正) ページガスの種類に関する解析

(理由) 記載間違い

4 . (資料編) 131ページ、140ページ及び149ページの表 1 - 3 - 1 - 1 3 (空試験と試料の指示値の比に関する解析)

(内容) 表の番号

131ページ 表 1 - 3 - 1 - 1 3

140ページ 表 1 - 3 - 1 - 1 3

149ページ 表 1 - 3 - 1 - 1 3

(訂正) 131ページ 表 1 - 3 - 2 - 1 3

140ページ 表 1 - 3 - 3 - 1 3

149ページ 表 1 - 3 - 4 - 1 3

(理由) 記載間違い

5 . (資料編) 311ページの 塩化ビニル

(内容) 行の追加

(訂正) 分析方法の最後に次の1行を追加する。

「化合物試験方法)の5.1又は5.2と概略同じである。」

(理由) 1行の脱落

6 . (資料編) 324ページの表 2 - 2 - 2 - 6 (5)

(内容) 試料間のばらつきに関する検討結果 (ばいじん試料D)

2,3,7,8-TeCDDの分析結果1 0.015

2,3,7,8-TeCDDの分析結果2 0.015

2,3,7,8-TeCDDの分析結果3 0.015

(訂正) 2,3,7,8-TeCDDの分析結果1 0.0015

2,3,7,8-TeCDDの分析結果2 0.0015

2,3,7,8-TeCDDの分析結果3 0.0015

(理由) 記載間違い