

# 分析結果報告書〔 7 〕 1 / 4

## 3 . 2 水質試料（農薬：ジクロロボス及びフェノブカルブ）

ジクロロボス及びフェノブカルブを同じ方法で分析した場合には分析結果報告書〔 6 〕に記入し、この分析結果報告書〔 7 〕は記入しない。

機関コード	
機関名	
電話番号	
国際的な認証等の取得 (複数回答可)	1 . ISO 9001 ~ 9003 2 . ISO 14001 3 . ISO/IEC 17025(ガイド 25) 4 . M L A P 5 . 環境省が実施するダイオキシン類の請負調査の受注資格
分析主担当者名	
分析主担当者の経験年数	( ) 年
分析主担当者の実績 (年間の分析試料数)	( )

測定回数 注 1)	( )
-----------	-----

注 1) 分析用試料のはかり取りから GC / MS 等の測定までの一連操作を行った回数 ( 1 ~ 5 の整数 ) を記入する。  
この測定回数分の分析結果を次の表 < 分析結果 > に記入する。

< 分析結果 >

回数 注 2)	分析結果 ( µg/L ) 注 3)	検出下限値以上	検出下限値未満での検出下限値
		1 回目	ジクロロボス フェノブカルブ
2 回目	ジクロロボス フェノブカルブ		
3 回目	ジクロロボス フェノブカルブ		
4 回目	ジクロロボス フェノブカルブ		
5 回目	ジクロロボス フェノブカルブ		

注 2) 実施要領 5 の希釈方法に従って共通試料 3 ( 試料 3-1 ) を水で 1 0 0 0 倍希釈して調製した分析用試料中の濃度 ( µg/L ) を記入する。

上記で記入した測定回数分の分析結果を記入する。

注 3) 一旦受領した結果については、訂正があっても受け付けませんので、記入間違いや単位間違い等に注意する。  
( 単位は µg/L である )  
分析結果 ( 検出下限値以上 ) は有効数字 3 桁、検出下限値未満での検出下限値は有効数字 1 桁で記入する。

分析開始月日	月	日	
分析終了月日	月	日	

分析方法	1 . GC / MS 2 . GC / FTD 3 . GC / FPD 4 . GC / ECD 5 . その他 ( )
------	---

< 抽出 >

試料量	( ) mL
試料からの抽出方法	1 . 溶媒抽出 2 . 固相抽出 3 . その他 ( )
溶媒抽出 塩化ナトリウム	( ) g
溶媒の種類	1 . ジクロロメタン 2 . その他 ( )
溶媒の使用量 1 回目	( ) mL
2 回目	( ) mL
1 回当たりの抽出時間 振とう	( ) 分
抽出回数	( ) 回
固相抽出 型式等 1	1 . カートリッジ 2 . ディスク 3 . その他 ( )
2	1 . ポリスチレン系 2 . ODS 系 3 . その他 ( )
吸引速度	( ) mL / 分
固相の脱水 吸引	1 . 行う ( ) 分 2 . 行わない
遠心分離	1 . 行う ( ) 分 2 . 行わない
その他の方法	( )
溶出 溶媒	1 . アセトン 2 . ヘキサン 3 . その他 ( )
量	( ) mL
溶出液の脱水	1 . 無水硫酸ナトリウムによる脱水 2 . その他の方法 ( ) 3 . 行わない
濃縮の方法	
ロータリーエバポレーター	1 . 行う 2 . 行わない
KD	1 . 行う 2 . 行わない
窒素吹き付け	1 . 行う 2 . 行わない
その他の方法	方法 ( )
定容量 ( 抽出液 )	( ) mL

# 分析結果報告書〔 7 〕 2 / 4

< 前処理 ( クリーンアップ ) >

抽出液の分取量	( ) mL
クリーンアップ方法	1. フロリジルカラム 2. シリカゲルカラム 3. その他 ( ) 4. 行わない
濃縮の方法	1. 行う 2. 行わない
ロータリーエバポレーター	1. 行う 2. 行わない
KD	1. 行う 2. 行わない
窒素吹き付け	1. 行う 2. 行わない
その他の方法	方法 ( )
カラム溶出液の脱水	1. 無水硫酸ナトリウムによる脱水 2. その他の方法 ( ) 3. 行わない
定容量 ( 測定用試料液量 )	( ) mL

< GC / MS 又は GC ( GC / F T D、 GC / F P D、 GC / E C D ) > 注 1 )

GC 型式	1. CP - 3800 2. GC17シリーズ 3. GC2010シリーズ 4. 5890シリーズ 5. 6890シリーズ 6. 7890シリーズ 7. TRACE GC 8. その他 ( )
MS 型式	1. Auto Spec シリーズ 2. JMS700シリーズ 3. JMS800シリーズ 4. JMS(2.3.以外) 5. MAT95シリーズ 6. SX102 7. 5972シリーズ 8. 5973シリーズ 9. 5975シリーズ 10. 6890シリーズ 11. QP5000シリーズ 12. QP5050シリーズ 13. QP2010 14. オートマスシリーズ 15. その他 ( )
装置型式	1. 単収束 2. 二重収束 3. 四重極 4. イオントラップ 5. その他 ( )
イオン検出法	1. SIM法 2. マルチマス法 3. その他 ( )
カラム 型式	1. Aquatic 2. Aquatic 2 3. BPX5 4. BPX50 5. BPX-DXN 6. BPX-DXN 7. BPX-DXN 8. CP-Sil8 9. CP-Sil88 10. DB1 11. DB624 12. DB5(MS) 13. DB17(MS、HT) 14. ENV5(MS) 15. ENV17(MS) 16. HP1 17. HP5(MS) 18. HT8(PCB) 19. InertCap1(MS) 20. InertCap5(MS) 21. InertCap25(MS) 22. PTE5 23. RH12(MS) 24. Rtx5(MS) 25. Rtx50(MS) 26. Rtx624(MS) 27. Rtx2330 28. SPB1 29. SPB5 30. SP2331 31. TC5 32. その他 ( )
内径	( ) mm
長さ	( ) m
膜厚	( ) μm
昇温条件	初期 温度 ( )、 温度保持 ( ) 分 1 回目の昇温 速度 ( ) /分 到達温度 ( ) 温度保持 ( ) 分 2 回目の昇温 速度 ( ) /分 到達温度 ( ) 温度保持 ( ) 分 3 回目の昇温 速度 ( ) /分 到達温度 ( ) 温度保持 ( ) 分 4 回目の昇温 速度 ( ) /分 到達温度 ( ) 温度保持 ( ) 分 (5 回以上の昇温の場合) 最終温度 ( )、 温度保持 ( ) 分 昇温回数 ( ) 回
キャリアーガス条件 種類	1. 窒素 2. ヘリウム 3. その他 ( )
流量 注 2 )	( ) 単位: 1. mL/分 2. cm/秒
圧力 注 2 )	( ) 単位: 1. psi 2. kPa 3. その他 ( )
メイクアップガス条件 種類	1. 窒素 2. ヘリウム 3. その他 ( )
流量 注 2 )	( ) 単位: 1. mL/分 2. cm/秒
圧力 注 2 )	( ) 単位: 1. psi 2. kPa 3. その他 ( )
注入 量	( ) μL
注入口温度	( )
注入方式	1. スプリット 2. スプリットレス 3. コールドオンカラム 4. パルスドスプリット 5. パルスドスプリットレス 6. その他 ( )
定量用質量数	( )
ジクロロボス	( )
フェノバルブ	( )

注 1 ) GC / MS 又は GC ( GC / F T D、 GC / F P D、 GC / E C D ) により該当する箇所を記入する。

注 2 ) 流量又は圧力を記入する。

# 分析結果報告書〔 7 〕 3 / 4

< 標準原液 >

区分	1. 購入 2. 自作
購入：メーカー名	1. 関東化学 2. シグマアルドリッチ 3. ジーエルサイエンス 4. 林純薬 5. 和光純薬 6. その他 ( )

< 検出下限 >

項目	検出下限(μg/L) 注1)
ジクロロボス	( )
フェノブカルブ	( )

注1) 試料中の濃度(μg/L)として示す。

< 検量線の作成等：ジクロロボス >

定量方法	1. 絶対検量線法 2. 標準添加法 3. 内標準法
シリンジ内標準物質 使用の有無	1. 使用する 2. 使用しない
添加物質	( )
添加量	( ) ng (GC又はGC/MS測定試料液への添加量)
ターゲット物質 使用の有無	1. 使用する 2. 使用しない
添加物質	( )
添加量	( ) ng (試料への添加量)
回収率	( ) %
検量線	作成点数 ( ) 作成範囲：最小 ( ) ng ~ 最大 ( ) ng 注2) 最高濃度の指示値 ( )
試料 注3)	1 回目 指示値 ( ) 2 回目 指示値 ( ) 3 回目 指示値 ( ) 4 回目 指示値 ( ) 5 回目 指示値 ( )
空試験	指示値 ( )

注2) GCへの注入量 (ng) を示す。

注3) 測定回数分の指示値を記入する。

< 検量線の作成等：フェノブカルブ >

定量方法	1. 絶対検量線法 2. 標準添加法 3. 内標準法
シリンジ内標準物質 使用の有無	1. 使用する 2. 使用しない
添加物質	( )
添加量	( ) ng (GC又はGC/MS測定試料液への添加量)
ターゲット物質 使用の有無	1. 使用する 2. 使用しない
添加物質	( )
添加量	( ) ng (試料への添加量)
回収率	( ) %
検量線	作成点数 ( ) 作成範囲：最小 ( ) ng ~ 最大 ( ) ng 注2) 最高濃度の指示値 ( )
試料 注3)	1 回目 指示値 ( ) 2 回目 指示値 ( ) 3 回目 指示値 ( ) 4 回目 指示値 ( ) 5 回目 指示値 ( )
空試験	指示値 ( )

注2) GCへの注入量 (ng) を示す。

注3) 測定回数分の指示値を記入する。

# 分析結果報告書〔 7 〕 4 / 4

< 参考：分析用試料の調製（水で1000倍希釈して調製する方法） >

使用した容器	1. 全量フラスコ 2. 全量シリンダー 3. 分液漏斗 4. その他( )
使用した水	1. 蒸留水 2. イオン交換水 3. 超純水 4. その他( )
分取した共通試料の量	( ) mL
定容量	( ) mL
分析用試料を調製してから分析操作（抽出操作）までの時間	( ) 分

分析実施にあたっての留意した点及び問題と感じた点	
--------------------------	--

計算式	
-----	--