

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[2]アクロレイン	<p>【大気】</p> <p>「平成19年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠</p>	<p>分析原理:LC/MS/MS-SRM-ESI-ポジティブ</p> <p>検出下限値: 【大気】(ng/m<sup>3</sup>) [1] 0.50</p> <p>分析条件: 機器 LC: Shimadzu LC-10ADVP MS: Applied Biosystems API3200 カラム ODS-3 150mm×2.1mm、5μm</p>