

調査対象物質	分析法フローチャート	備 考
[4] セリウム及びその化合物（セリウムとして）	<p style="text-align: center;">【水質】</p> <p style="text-align: center;">シリンスハイク添加 インジウム 75ng</p> <p style="text-align: center;">「平成21年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	分析原理：ICP-MS 検出下限値： 【水質】 (ng/L) [4] 1.4 分析条件： 機器 ICP-MS：Agilent 7500c