調査対象物質	分析法フローチャート	備　　考
[11] タリウム及びその化合物（タリウムとして）	【水質】 淡水試料  海水試料  （注）試料量を50mLに変更した例があった。 「平成17年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：ICP-MS 検出下限値： 【水質】（ng/L） [11] 0.14 分析条件： 機器 ICP-MS：Agilent 7800
	【大気】  （注）定容量を50mLから15mL又は20mLに変更した例があった。 「平成17年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠	分析原理：ICP-MS 検出下限値： 【大気】（ng/m^3） [11] 0.00020 分析条件： 機器 ICP-MS：Agilent 7700　他