

| 調査対象物質 | 分析法フローチャート | 備考 |
|-----------------------------|---|---|
| [6] ベンラファキシ ン及びその代 謝物 | <p>【水質】</p> <p>「令和元年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p> | <p>分析原理：LC/MS/MS-SRM-ESI- ポジティブ</p> <p>検出下限値： 【水質】 (ng/L) [6-1] 0.24 [6-2] 6.0</p> <p>分析条件： 機器 LC: Agilent 1200CL MS: AB Sciex Triple Quad 5500 System 他 カラム X-Bridge C18 100mm×2.1mm、3.5μm</p> |