

質問回答

NO.	質問	回答
1	仕様書 8.付属品 8)ポンベ用圧力調整器(SUS配管(※)含む)について、 ※に「国設箕岳大気環境測定所についてはゼロ/スパンともにテフロン管4/6mm 約8m×2本とする」とありますが、テフロン管ですとガスの透過や配管の破断によるガス漏れの危険性があり、常時監視マニュアルには原則として金属管で行うこと、とありますので、ステンレス製の配管を使用してもよろしいでしょうか？	ステンレス製の配管でも可です。