

質問回答

NO.	質問	回答
1	窒素酸化濃度計 1 台、光化学オキシダント濃度計1台を一体型1台での納入は可能でしょうか？ この場合、記録計は1台となりますので、付属品記録計用チャート紙、インクリボンは 1 台分となります。	可能です。その場合、例えば光化学オキシダント濃度計、窒素酸化物濃度計のいずれかだけが故障・停止した場合でも、稼働している測定機の情報が記録計に正常に印字されるようにしてください。