

質問回答

NO.	質問	回答
1	別途契約する分析機関から提供いただける水試料の供試体容器の大きさについて、供試体容器の大きさが変更となった理由をお教えください。 (250ml → 450ml に変更)	分析事業者によっては、指定の分析仕様を満たすには、250mLでは容量が少ない可能性が考えられたことによります。