

令和2年度 イオンバランスR₁、電気伝導率比較R₂の結果一覧

	試料数	R ₁ 測定数	R ₁ (AA)	%	R ₂ 測定数	R ₂ (AA)	%	R ₁ &R ₂ 測定数	R ₁ &R ₂ (AA)	%
利尻	156	131	125	95	131	131	100	131	125	95
札幌	49	47	45	96	47	47	100	47	45	96
落石岬	85	48	48	100	48	48	100	48	48	100
篔岳	52	40	39	98	40	40	100	40	39	98
赤城	46	42	37	88	42	42	100	42	37	88
小笠原	185	138	137	99	138	138	100	138	137	99
佐渡関岬	169	63	63	100	63	63	100	63	63	100
新潟巻	186	173	173	100	173	173	100	173	173	100
八方尾根	158	138	132	96	138	136	99	138	131	95
伊自良湖	49	49	49	100	49	49	100	49	49	100
尼崎	43	41	41	100	41	41	100	41	41	100
隠岐	186	116	116	100	116	116	100	116	116	100
禰原	129	125	120	96	125	125	100	125	120	96
筑後小郡	46	43	40	93	43	43	100	43	40	93
対馬	122	107	104	97	107	101	94	107	101	94
えびの	155	137	137	100	137	137	100	137	137	100
屋久島	52	48	48	100	48	48	100	48	48	100
辺戸岬	120	111	107	96	111	111	100	111	107	96
東京	132	96	95	99	96	96	100	96	95	99
総計	2120	1693	1656	98	1693	1685	100	1693	1652	98

R₁(AA)、R₂(AA) : R₁またはR₂測定数のうち「湿性沈着モニタリング手引き書（第2版）」に定める基準を満たした数

R₁&R₂測定数 : 試料数のうちR₁、R₂ともに測定した数

R₁&R₂(AA) : R₁&R₂測定数のうちR₁、R₂ともに基準を満たした数