

高速風乾装置の試作

・W900×D600×H1,800の装置で、30～35℃加温、
ハイブリッド式除湿機、循環送風器で各段に送風、
網状容器等使用等により、60試料を同時に15時間
以内に風乾

→ 前日導入試料は翌日朝に試験開始可能



6試料カゴ×2列×5段 配置

